



LAUDOS DO LABORATÓRIO INTERNO –
RELATÓRIO DE ENSAIOS

Código: FORM 027

Revisão: 10

Data: 24/05/2024

Relatório de Ensaios 1035/ 2026

| | |
|---|---------------------|
| Identificação da Amostra: Garrafa 500 ml L'agua sem gás | Lote: 24/04/2026 |
| Data da coleta: 24/04/2026 | Horário: 12:40 |
| Responsável pela coleta: Carine Barduci | Nº da análise: 1035 |
| Início da Análise: 24/04/2026 | |

Análise Sensorial

| |
|--------------------------|
| Aspecto: Líquido Límpido |
| Cor: Incolor |
| Odor: Inodoro |
| Sabor: Característica |

Análise Microbiológica

| Parâmetros | Resultado | Limite aceitável (L1) |
|--|-----------|-----------------------|
| Coliformes totais | Ausente | Ausência |
| Escherichia coli | Ausente | Ausência |
| Pseudomonas aeruginosa | Ausente | Ausência |
| Enterococos | Ausente | Ausência |
| Esporos de clostrídios sulfito redutores | Ausente | Ausência |
| Esporos de clostridium perfringens | Ausente | Ausência |

Legenda:

(L1): ANVISA IN nº 161/2022 - Água Mineral.

Metodologia Analítica:

Coliformes Totais / E. coli: Detecção simultânea pelo Método Cromogênico-SMWW 24 Ed. RD9222 J

Pseudomonas aeruginosa: Farmacopeia 5ª edição 5.5.3

Enterococos: Membrana Filtrante – SMWW 24 Ed. RD 9230 C

Esporos de clostrídios sulfito redutores: ISO 6461-2: 1986

Esporos de clostridium perfringens: ISO 6461-2: 1986

Conclusão: Amostra de acordo com os padrões legais vigentes (IN nº 161 de 01/07/2022-ANVISA).

Itaperuna, 04 de maio de 2026.

Marcelo Hauaji de Sá Pacheco

CRMV-RJ nº 4034

MINERAÇÃO SERRA DO BRITO LTDA
Rodovia RJ 214, s/n, Comendador Venâncio – Itaperuna – RJ – CEP: 28333-00
Tel: (22) 3847-2192
www.laqua.com.br

| | |
|---|---|
| Elaborado por: Raquel Ferreira Navega Dórea Supervisora da Qualidade | Aprovado por: Marcelo Hauaji de Sá Pacheco Responsável Técnico |
|---|---|