

## RELATORIO DE ENSAIO A\_IN\_2066.2017\_AMi\_2\_1

**Interessado:** Mineração Serra do Brito Ltda EPP  
**Endereço:** Estrada RJ 214, Fazenda da Prata

**CNPJ:** 04.652.839/0001-65  
**Cidade:** Itaperuna, Rio de Janeiro

### DADOS DA AMOSTRA

**Procedência:** Água Mineral

**Ponto de coleta/Produto:** Garrafa 500 mL Sem Gás (L'agua - Gnaisse Raposo)

**Responsável pela amostragem:** Laboratório Biológico - Rio de Janeiro

**Data da amostragem:** 01/03/2017 - 15:45

**Responsável pelo transporte da amostra ao laboratório:** Laboratório Biológico - Rio de Janeiro

**Temperatura da amostra no recebimento:** 24,6 °C

**Data do recebimento:** 06/03/2017 - 16:00

**1ª Legislação:** Resolução ANVISA RDC n° 275

**Observações:** Informações da Amostra: 429/2017.

PARÂMETRO	RESULTADO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
Clostridium perfringens	<1,0	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Totais	<1,0	Ausente	UFC/100mL
Enterococos	<1,0	Ausente	UFC/100mL
Escherichia coli	<1,0	Ausente	UFC/100mL
Pseudomonas aeruginosa	<1,0	Ausente	UFC/100mL

### VALORES ADICIONAIS AO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	U95%	MÉTODO	INICIO	TÉRMINO
Clostridium perfringens	1,0	-	Anexo II e nota da Directiva 98/83/CE	06/03/2017	07/03/2017
Coliformes Totais	1,0	-	SMWW22nd-9222B	06/03/2017	07/03/2017
Enterococos	1,0	-	SMWW22nd-9230C	06/03/2017	08/03/2017
Escherichia coli	1,0	-	SMWW22nd-9222G	06/03/2017	07/03/2017
Pseudomonas aeruginosa	1,0	-	SMWW22nd-9213E	06/03/2017	09/03/2017

### INTERPRETAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

A amostra atende a legislação nos parâmetros analisados.

**Nota 1:** As amostragens realizadas pelo Laboratório Biológico seguem o Plano de Amostragem (DQ 5.7.01).

**Nota 2:** Os resultados referem-se somente aos itens ensaiados.

**Nota 3:** LQ - Limite de quantificação

**Nota 4:** (\*) Serviço Subcontratado de acordo com a NBR ISO/IEC 17025:2005.

**Nota 5:** Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer a aprovação escrita do Laboratório Biológico.

**Nota 6:** Verifique a autenticidade deste relatório de ensaio no site [www.laboratoriobiologico.com.br](http://www.laboratoriobiologico.com.br).

**Código do Relatório de Ensaio:** A\_2066/2017 **Código de Validação da Ordem de Serviço:** 4IA-7DTC-GSY

**Data de Emissão:** 14 de Março de 2017

- Fim do Relatório -



Marco Aurélio Ronchi  
CRQ 13200466



Melina Noschang  
CRQ 13200799



Felipe Gonçalves Lins  
CRQ 13403539